

Zbąszyń, dnia 28.02.2018 r.

Znak sprawy: RCZ_1.2/6/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o., realizuje Projekt pt.: „Budowa i wyposażenie infrastruktury do opracowania i wdrażania innowacyjnych metod badania uwalniania służących do przedklinicznej oceny właściwości biofarmaceutycznych postaci leków generycznych”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 1. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie 1.2. Wzmocnienie potencjału innowacyjnego Wielkopolski w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Program Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Zachowując zgodność Projektu z przepisami obowiązującymi Wnioskodawcę, wybór dostawcy w niniejszym postępowaniu będzie zgodny z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej WRPO na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Określonych w Szczególnych warunkach realizacji zamówień publicznych udzielanych zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Zgodnie z powyższym zapraszamy do przedstawienia ofert na realizację zadania w ramach w/w Projektu zgodnie z poniższą specyfikacją:

1. Zamawiający:

REGIONALNE CENTRUM ZDROWIA Sp. z o.o. z siedzibą w Zbąszyniu (64-360), ul. Na Kępie 3.
NIP: 788-199-54-68, REGON: 302487468, KRS: 0000470241

2. Tryb udzielania zamówienia publicznego:

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego prowadzone jest bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych w trybie zapytania ofertowego. Zamawiający dla spełnienia wymogów wynikających z Regulaminu konkursu Nr RPWP.01.02.00-IZ-00-30-001/16 dokona wyboru dostawcy w niniejszym postępowaniu zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej WRPO na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Określonych w Szczególnych warunkach realizacji zamówień publicznych udzielanych zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Oferentowi nie przysługą środki ochrony prawnej określone przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Postępowanie zostało oznaczone znakiem RCZ_1.2/6/2018 na jaki Oferenci winni się powoływać we wszystkich kontaktach z Zamawiającym.

3. Przedmiot zapytania ofertowego:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest dostawa komór klimatycznych do testów stabilności leków w szerokim zakresie temperatury/wilgotności i oświetleniem zgodnym z ICH wraz z montażem.

Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części:

Część I – Komora klimatyczna do testów stabilności leków z oświetleniem zgodnym z ICH

Część II – Komora klimatyczna do testów stabilności leków z szerokim zakresem temperatury / wilgotności.

Kod CPV: 38900000-4 Różne przyrządy do badań lub testowania

4. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie są powiązani kapitałowo ani osobowo z Zamawiającym i złożą oświadczenie, stanowiące załącznik nr 3.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
- c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
- e) pozostawaniu, przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą lub były członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
- f) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności.

5. Sposób złożenia oferty:

- 1) Oferent zobowiązany jest do przedstawienia oferty wraz z załącznikami zgodnie z opisanymi w niniejszym zapytaniu wymogami w formie pisemnej oraz zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1.
- 2) Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
- 3) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
- 4) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.
- 5) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie odrębne części. Dopuszcza się składanie ofert częściowych, zgodnie z częściami określonymi przez Zamawiającego w Załączniku Nr 2 do zapytania ofertowego. Każdy z Wykonawców może złożyć ofertę na jedną część lub więcej części zamówienia. Zamawiający dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej odrębnie dla każdej z części zamówienia. Każda z części zamówienia została oznaczona cyfrą rzymską od I (oznacza pierwszą część zamówienia) do II (oznacza drugą część zamówienia).
- 6) Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
- 7) Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do niniejszego zapytania, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do ich treści.
- 8) Oferta wraz z załącznikami winna być sporządzona na piśmie (ręcznie, na maszynie do pisania lub w postaci wydruku komputerowego) w języku polskim w formie zapewniającej czytelność jej treści.
- 9) Cenę oferty należy wyrazić w złotych polskich.
- 10) Wszystkie strony oferty zawierające jakąkolwiek treść winny być podpisane lub zaparafowane przez Oferenta. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być podpisane przez Oferenta, natomiast cyfry należy przekreślić i obok napisać prawidłowo w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
- 11) Strony oferty zawierające jakąkolwiek treść winny być kolejno ponumerowane. W treści oferty winna być umieszczona informacja o łącznej ilości stron oferty wraz z liczbą i wykazem załączników do oferty.
- 12) W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Oferenta wskazane w ofercie.

6. Kompletna Oferta zawiera:

- 1) Ofertę (zgodnie z załącznikiem nr 1), która powinna zawierać:
 - dane oferenta,
 - cenę netto oraz cenę brutto realizacji zadania,
 - termin realizacji zadania,
 - termin ważności oferty,
 - termin sporządzenia oferty,
 - podpis osoby upoważnionej do reprezentacji oraz pieczętkę firmową.
- 2) Specyfikację techniczną aparatury załącznik nr 2
- 3) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym (załącznik nr 3).
- 4) Paraflowany projekt umowy (stanowiący załącznik nr 4 do oferty).

7. Termin i miejsce składania ofert oraz otwarcia ofert

Ofertę należy złożyć do dnia 3.04.2018 r., do godz. 12.00

Rozpatrywane będą oferty:

- dostarczone osobiście lub za pośrednictwem kuriera na adres: Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o., ul. Na Kępie 3, 64-360 Zbąszyń. W tym wypadkach Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane następująco: Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o. ul. Na Kępie 3, 64-360 Zbąszyń. Z dopiskiem: Postępowanie w trybie zapytania ofertowego, znak sprawy: RCZ_1.2/6/2018 Nie otwierać przed dniem otwarcia ofert.
- przysłane pocztą elektroniczną na adres kierownik@rcz-zbaszyn.pl w tym przypadku, w temacie korespondencji należy powołać się na znak sprawy: RCZ_1.2/6/2018

Rozpatrywane będą wyłącznie oferty doręczone zamawiającemu do dnia i godziny określonych jako termin składania ofert, niezależnie od daty ich nadania. **Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 3.04.2018r. o godz. 16:00 w siedzibie Regionalne Centrum Zdrowia sp. z o.o., w Zbąszyniu, ul. Na Kępie 3.** Otwarcie ofert jest jawne dla wszystkich wykonawców ubiegających się o zamówienie.

8. Termin związania ofertą:

Termin związania ofertą to dzień 3.06.2018 roku. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Zamawiający może zwrócić się do wykonawców o przedłużenie tego terminu nie więcej niż o 30 dni kalendarzowych. Odmowa przychylenia się do prośby zamawiającego ze strony wykonawcy powoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania.

9. Kryteria wyboru oferty

Zamawiający sprawdzi, czy oferta spełnia wszystkie wymogi formalne, w tym w szczególności warunki techniczne opisane w niniejszym zapytaniu ofertowym określające minimalny zakres techniczny jaki powinny spełniać przewidziane do zakupu urządzenia techniczne laboratorium. Zgodność ta będzie badana z dołączoną specyfikacją stanowiącą załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. Oferta nie spełniająca minimalnych warunków technicznych podlega odrzuceniu.

Po weryfikacji formalnej Zamawiający przystąpi do wyboru najkorzystniejszej oferty gdzie stosować będzie kryterium ceny oraz okres gwarancji.

Przy czym kryterium tym przypisuje się następujące wagi:

Cena oferty – 80%

Okres gwarancji – 20%

10. Określenie sposobu oceny ofert

Kryteria formalne. Ocena formalna będzie dokonana metodą zerojedynkową. Sposób oceny poszczególnych kryteriów będzie oparty o:

- Kompletność oferty – ocena zgodnie z wymaganiami zawartymi w pkt. 6 zapytania
- Zgodność oferty z zapytaniem – ocena zgodnie z wymaganiami zawartymi w pkt. 3 zapytania oraz w Załącznikach do Zapytania ofertowego
- Terminowości i sposób dostarczenia oferty – ocena zgodnie z wymaganiami zawartymi w pkt. 7 zapytania.

Kryteria punktowe. Przyjęto następujące kryteria punktowe:

1. Cena: 80%.

Do oceny poszczególnych ofert w zakresie kryterium cena oferty zostanie zastosowana metoda polegająca na porównaniu ceny badanej oferty z najtańszą spośród cen przedstawionych przez tych Oferentów, których oferty zostały dopuszczone do oceny i spełniają warunki określone w specyfikacji. Jako cenę oferty przyjmuje się wartość brutto podaną w Formularzu Ofertowym.

Opis sposobu obliczenia ceny przez oferenta.

- Cena oferty obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
- Cena winna być podana cyfrowo i słownie w złotych polskich do dwóch miejsc po przecinku.
- Oferent, dokonując kalkulacji warunków cenowych swoich ofert jest zobowiązany do przestrzegania zasad uczciwej konkurencji z zastrzeżeniem, iż cena oferty nie może być rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia. Konsekwencją złożenia oferty z rażąco niską ceną jest jej odrzucenie.
- Oferent złoży wszelkie oświadczenia dotyczące realizacji przedmiotowego zamówienia określone w Formularzu Ofertowym.

2. Gwarancja: 20%

Okres gwarancji dla zamawianego urządzeń technicznych do laboratorium wynosi nie mniej niż 24 miesiące. Za spełnienie tego warunku przyznawane jest 0 punktów. Brak zaoferowania okresu gwarancji minimum 24 miesiące lub zaoferowanie mniejszego niż minimalny określony przez Zamawiającego, spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy. Limit maksymalnego okresu gwarancji, oczekiwany przez Zamawiającego, został ustalony z góry i wynosi 60 miesięcy.

Planowana metodologia oceny ofert w oparciu o Kryteria wyboru oferty:

Lp.	Kryterium	Liczba punktów (waga)
1.	Kryterium 1 – Cena	80
2.	Kryterium 2 – Gwarancja	20
SUMA		100

Część I – Komora klimatyczna do testów stabilności leków z oświetleniem zgodnym z ICH

Kryterium 1 = W kryterium „Cena”

Do oceny poszczególnych ofert w zakresie kryterium cena oferty zostanie zastosowana metoda polegająca na porównaniu ceny badanej oferty z najtańszą spośród cen przedstawionych przez tych Oferentów, których oferty zostały dopuszczone do oceny i spełniają warunki określone w specyfikacji. Jako cenę oferty przyjmuje się wartość brutto podaną w Formularzu Ofertowym.

Punkty będą liczone według wzoru:

$$X = \frac{C_n}{C_b} \times 80 \text{ (waga kryterium)}$$

gdzie: X – ilość punktów w ramach kryterium ceny (obliczana do dwóch miejsc po przecinku)

C_n – najniższa cena ofertowa brutto spośród ocenianych ofert

C_b – cena brutto oferty ocenianej

Kryterium 2 = W kryterium „Gwarancja”

Do oceny poszczególnych ofert w zakresie kryterium gwarancja zostanie zastosowana metoda polegająca na porównaniu okresu gwarancji badanej oferty przedstawionej przez tych Oferentów, których oferty zostały dopuszczone do oceny i spełniają warunki określone w specyfikacji do maksymalnego oczekiwanego przez zamawiającego okresu gwarancji.

Okres gwarancji, który należy podawać w pełnych miesiącach, nie może być krótszy niż 24 miesiące oraz dłuższy niż 60 miesięcy. W przypadku podania przez oferenta okresu gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy, do oceny ofert zostanie przyjęty okres gwarancji 60 miesięcy.

$$Y = \frac{G_b}{G_o} \times 20 \text{ (waga kryterium)}$$

gdzie: Y – ilość punktów w ramach kryterium gwarancja (obliczana do dwóch miejsc po przecinku)

G_o – 60 miesięcy (limit okresu gwarancji ustalony z góry przez zamawiającego)

G_b – okres gwarancji w oferty ocenianej

Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta uzyskała największą liczbę punktów, a Oferent zobowiąże się na dostawę i montaż przedmiotu zamówienia w nieprzekraczalnym terminie do 23.04.2018 roku.

Informacja o wyniku postępowania będzie dostępna u Zamawiającego po zakończeniu procedury wyboru dostawcy. Sposób wyliczenia punktacji.

$$\text{Zamówienie} = X + Y$$

Wyniki postępowania będą wysłane do wszystkich Oferentów i upublicznione za pośrednictwem strony internetowej.

Część II – Komora klimatyczna do testów stabilności leków z szerokim zakresem temperatury / wilgotności.

Kryterium 1 = W kryterium „Cena”

Do oceny poszczególnych ofert w zakresie kryterium cena oferty zostanie zastosowana metoda polegająca na porównaniu ceny badanej oferty z najtańszą spośród cen przedstawionych przez tych Oferentów, których oferty zostały dopuszczone do oceny i spełniają warunki określone w specyfikacji. Jako cenę oferty przyjmuje się wartość brutto podaną w Formularzu Ofertowym.

Punkty będą liczone według wzoru:

$$X = \frac{C_n}{C_b} \times 80 \text{ (waga kryterium)}$$

gdzie: X – ilość punktów w ramach kryterium ceny (obliczana do dwóch miejsc po przecinku)

C_n – najniższa cena ofertowa brutto spośród ocenianych ofert

C_b – cena brutto oferty ocenianej

Kryterium 2 = W kryterium „Gwarancja”

Do oceny poszczególnych ofert w zakresie kryterium gwarancja zostanie zastosowana metoda polegająca na porównaniu okresu gwarancji badanej oferty przedstawionej przez tych Oferentów, których oferty zostały dopuszczone do oceny i spełniają warunki określone w specyfikacji do maksymalnego oczekiwanego przez zamawiającego okresu gwarancji.

Okres gwarancji, który należy podawać w pełnych miesiącach, nie może być krótszy niż 24 miesiące oraz dłuższy niż 60 miesięcy. W przypadku podania przez oferenta okresu gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy, do oceny ofert zostanie przyjęty okres gwarancji 60 miesięcy.

$$Y = \frac{G_b}{G_o} \times 20 \text{ (waga kryterium)}$$

gdzie: Y – ilość punktów w ramach kryterium gwarancja (obliczana do dwóch miejsc po przecinku)

G_o – 60 miesięcy (limit okresu gwarancji ustalony z góry przez zamawiającego)

G_b – okres gwarancji w oferty ocenianej

Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta uzyskała największą liczbę punktów, a Oferent zobowiąże się na dostawę i montaż przedmiotu zamówienia w nieprzekraczalnym terminie do 23.04.2018 roku.

Informacja o wyniku postępowania będzie dostępna u Zamawiającego po zakończeniu procedury wyboru dostawcy. Sposób wyliczenia punktacji.

$$\text{Zamówienie} = X + Y$$

Wyniki postępowania będą wysłane do wszystkich Oferentów i upublicznione za pośrednictwem strony internetowej.

11. Pozostałe postanowienia

Zamawiający nie przewiduje dla uczestników postępowania środków odwoławczych od rozstrzygnięć Zamawiającego podejmowanych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia (zamknięcia) postępowania o udzielenie zamówienia bez dokonywania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert, bez podawania przyczyn takiego zakończenia postępowania, na każdym etapie postępowania.

Z tytułu unieważnienia postępowania, wykonawcom nie przysługują roszczenia przeciwko Zamawiającemu. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród nieodrzuconych ofert, wyłącznie na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w zapytaniu ofertowym.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt ze Zdzisławem Podrezem e-mail: kierownik@rcz-zbaszyn.pl. Pytania proszę kierować pocztą elektroniczną na wyżej wskazanych adres.

Z poważaniem

Zdzisław Podrez
Prokurent Samoistny, RCZ Sp. z o.o.

Załącznik Nr 1

.....
Nazwa i adres Wykonawcy
(pieczęć)

**REGIONALNE CENTRUM ZDROWIA Sp. z o.o.
64-360 Zbąszyń, ul. Na Kępie 3**

**FORMULARZ OFERTOWY
Sprawa RCZ_1.2/6/2018**

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu publicznym, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, na dostawę komór klimatycznych do testów stabilności leków w szerokim zakresie temperatury/wilgotności i oświetleniem zgodnym z ICH wraz z montażem. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Zapytaniu ofertowym z dnia 28.02.2018 roku, oznaczone znakiem RCZ_1.2/6/2018 **Część I – Komora klimatyczna do testów stabilności leków z oświetleniem zgodnym z ICH**, na następujących warunkach cenowych:

Cena brutto: zł

(słownie złotych:)

Dane Wykonawcy:	
Nazwa	
Adres	
NIP	
REGON	
Nr KRS (Krajowy Rejestr Sądowy) lub Nr CEiDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej)	
Dane Osoby Kontaktowej:	
Imię i Nazwisko	
Stanowisko	

Adres e-mail		
Telefon		
Fax		
Parametry oferty:		
Data przygotowania oferty:		
Okres ważności oferty do dnia:	3.06.2018 roku	
Określenie przedmiotu oferty (zakres i opis):		
Producent:		
Model:		
Rok produkcji:		
Odniesienie do kryteriów wyboru oferty:		
Cena netto (PLN): Oświadczamy, że wykonamy całość przedmiotu zamówienia za cenę netto SUMA:		
Kwota podatku od towarów i usług VAT: SUMA podatku VAT:		
Cena brutto (PLN): Oświadczamy, że wykonamy całość przedmiotu zamówienia za cenę brutto SUMA:		
Termin realizacji: nieprzekraczalny termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia ustala się na dzień 23.04.2018 roku.		
Gwarancja <i>Okres gwarancji (liczony od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. Okres gwarancji nie może być krótszy niż 24 miesiące oraz dłuższy niż 60 miesięcy.</i>	 miesiące	

Oświadczenia Oferenta:

1. **Oświadczamy**, że składana przez nas Oferta zawiera wszystkie elementy określone w Zapytaniu Ofertowym oraz Załącznikach.
2. **Gwarantujemy** wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Zapytaniu Ofertowym oraz Załącznikach.
3. **Oświadczamy**, że powyższa cena brutto zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty, w tym należny podatek od towarów i usług.
4. **Oświadczamy**, że podana przez nas cena nie będzie podlegać zmianie w czasie trwania przedmiotowej umowy.
5. **Zobowiązujemy** się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia **najdalej w terminie do dnia roku.**
6. **Oświadczamy**, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.
7. **Oświadczamy**, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu ofertowym tj. do dnia 3.06.2018 roku. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
8. **Oświadczamy**, że akceptujemy warunki umowy – stanowiące **Załącznik Nr 4** do zapytania ofertowego i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na podanych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
9. **Oświadczamy**, że osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia nie zostały prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
10. **Akceptujemy** warunki płatności określone przez Zamawiającego w dołączonej umowie.
11. **Wszelką korespondencję** w sprawie niniejszego postępowania należy kierować do:

Imię i Nazwisko	
Adres:	
Telefon	
Adres e-mail:	

Dane dotyczące oferty:

1. Niniejszym informuję, że informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione*. (*niepotrzebne skreślić)
2. Oferta zawiera stron.
3. Do oferty załączamy następujące dokumenty*:
 - 1) Specyfikacja komory klimatycznej do testów stabilności leków załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego
 - 2) Wypełnione Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych, stanowiące załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego.
 - 3) Zaparaflowany wzór umowy – stanowiący załącznik nr 4
 - 4) Inne (jakie?)

**Niepotrzebne skreślić, dostosować nazewnictwo*

Imię i Nazwisko osoby	
-----------------------	--

upoważnionej do złożenia oferty	
Stanowisko służbowe	

.....
data

.....
*podpisy osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy*

Załącznik Nr 1

.....
Nazwa i adres Wykonawcy
(pieczęć)

**REGIONALNE CENTRUM ZDROWIA Sp. z o.o.
64-360 Zbąszyń, ul. Na Kępie 3**

**FORMULARZ OFERTOWY
Sprawa RCZ_1.2/6/2018**

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu publicznym, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, na dostawę komór klimatycznych do testów stabilności leków w szerokim zakresie temperatury/wilgotności i oświetleniem zgodnym z ICH wraz z montażem. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Zapytaniu ofertowym z dnia 28.02.2018 roku, oznaczone znakiem RCZ_1.2/6/2018 **Część II – Komora klimatyczna do testów stabilności leków z szerokim zakresem temperatury / wilgotności**, na następujących warunkach cenowych:

Cena brutto: zł
(słownie złotych:)

Dane Wykonawcy:	
Nazwa	
Adres	
NIP	
REGON	
Nr KRS (Krajowy Rejestr Sądowy) lub Nr CEiDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej)	
Dane Osoby Kontaktowej:	
Imię i Nazwisko	
Stanowisko	
Adres e-mail	

Telefon		
Fax		
Parametry oferty:		
Data przygotowania oferty:		
Okres ważności oferty do dnia:	3.06.2018 roku	
Określenie przedmiotu oferty (zakres i opis):		
Producent:		
Model:		
Rok produkcji:		
Odniesienie do kryteriów wyboru oferty:		
Cena netto (PLN): Oświadczamy, że wykonamy całość przedmiotu zamówienia za cenę netto SUMA:		
Kwota podatku od towarów i usług VAT: SUMA podatku VAT:		
Cena brutto (PLN): Oświadczamy, że wykonamy całość przedmiotu zamówienia za cenę brutto SUMA:		
Termin realizacji: nieprzekraczalny termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia ustala się na dzień 23.04.2018 roku.		
Gwarancja <i>Okres gwarancji (liczony od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. Okres gwarancji nie może być krótszy niż 24 miesięcy oraz dłuższy niż 60 miesięcy.</i>	 miesięcy	

Oświadczenia Oferenta:

12. **Oświadczamy**, że składana przez nas Oferta zawiera wszystkie elementy określone w Zapytaniu Ofertowym oraz Załącznikach.

13. **Gwarantujemy** wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Zapytaniu Ofertowym oraz Załącznikach.
14. **Oświadczamy**, że powyższa cena brutto zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty, w tym należny podatek od towarów i usług.
15. **Oświadczamy**, że podana przez nas cena nie będzie podlegać zmianie w czasie trwania przedmiotowej umowy.
16. **Zobowiązujemy** się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia **najdalej w terminie do dnia roku.**
17. **Oświadczamy**, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.
18. **Oświadczamy**, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu ofertowym tj. do dnia 3.06.2018 roku. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
19. **Oświadczamy**, że akceptujemy warunki umowy – stanowiące **Załącznik Nr 4** do zapytania ofertowego i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na podanych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
20. **Oświadczamy**, że osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia nie zostały prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
21. **Akceptujemy** warunki płatności określone przez Zamawiającego w dołączonej umowie.
22. **Wszelką korespondencję** w sprawie niniejszego postępowania należy kierować do:

Imię i Nazwisko	
Adres:	
Telefon	
Adres e-mail:	

Dane dotyczące oferty:

4. Niniejszym informuję, że informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione*. (*niepotrzebne skreślić)
5. Oferta zawiera stron.
6. Do oferty załączamy następujące dokumenty*:
 - 5) Specyfikacja komory klimatycznej do testów stabilności leków załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego
 - 6) Wypełnione Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych, stanowiące załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego.
 - 7) Zaparafowany wzór umowy – stanowiący załącznik nr 4
 - 8) Inne (jakie?)

**Niepotrzebne skreślić, dostosować nazewnictwo*

Imię i Nazwisko osoby upoważnionej do złożenia oferty	
--	--

Stanowisko służbowe	
---------------------	--

.....
data

.....
*podpisy osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy*

Załącznik Nr 2

.....
Nazwa i adres Wykonawcy
(pieczęć)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia / Dane techniczne oferowanego sprzętu (Znak sprawy: RCZ_1.2/6/2018) Część I zamówienia

Niniejszy załącznik stanowi jednocześnie szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Zaoferowana przez Wykonawcę komora klimatyczna do testów stabilności leków musi spełniać minimalne wymagania postawione w niniejszym załączniku w kolumnie „Minimalne wymagania Zamawiającego” oraz zostać dostarczony na warunkach określonych poniżej. Wykonawca w kolumnie „Dane techniczne oferowanej aparatury badawczej” winien odnieść się do każdego z wymagań minimalnych postawionych przez Zamawiającego w kolumnie „Minimalne wymagania Zamawiającego”. Wykonawca określa też producenta/model oferowanego urządzenia.

Część I - Komora klimatyczna do testów stabilności leków z oświetleniem zgodnym z ICH.

Producent:	
Model:	
Rok produkcji:	

Minimalne wymagania Zamawiającego	Dane techniczne oferowanej aparatury badawczej
Charakterystyka: - Kompletna, fabrycznie nowa, gotowa do pracy komora klimatyczna. - Oświetlenie i wyposażenie do testów fotostabilności zgodne z wytycznymi ICH Q1B, opcja 2 ICH. 2 kasety świetlne z regulowanym ustawieniem (2 panele oświetlenia), wyposażone w lampy zapewniające równomierne oświetlenie. - Regulacja wilgotności z pojemnościowym czujnikiem wilgotności i nawilżaniem parowym. - Czujnik temperatury klasy 3.1 (DIN 12880) z optycznym i akustycznym alarmem temperaturowym. - Pojemność wnętrza komory nie mniejsza niż 240 litrów - Wymiary zewnętrzne: – szerokość do 950 mm – wysokość do 1500 mm – głębokość do 900 mm - Komora wewnętrzna wykonana w całości ze stali nierdzewnej. - Wymiary wewnętrzne: – szerokość do 650 mm – wysokość do 800 mm – głębokość do 500 mm 4 stabilne koła jezdne, dwa z hamulcami.	

11. Zakres temperatury (bez uwzględnienia wilgotności) nie mniejszy niż: - od 0 °C do + 70 °C (bez kaset oświetleniowych) - od 10 °C do + 60 °C (ze 100% oświetleniem) 12. Zakres temperatury (z uwzględnieniem wilgotności) nie mniejszy niż: - od 10 °C do + 70 °C (bez kaset oświetleniowych) - od 10 °C do + 60 °C (ze 100% oświetleniem) 13. Stabilność temperatury z oświetleniem: - przy 25°C i 60% wilg. wzgl. (±K): 0,6 - przy 40°C i 75% wilg. wzgl. (±K): 0,6 14. Fluktuacja temperatury z oświetleniem: - przy 25°C i 60% wilg. wzgl. (±K): 0,2 - przy 40°C i 75% wilg. wzgl. (±K): 0,2 15. Zakres wilgotności bez kaset świetlnych (% wilg. wzgl.): 10 – 80. 16. Zakres wilgotności, z kasetami świetlnymi, z oświetleniem (% wilg. wzgl.): 10 – 75. 17. Wbudowany panel sterowania z programowaniem odcinków czasowych i programowaniem w czasie rzeczywistym, z wewnętrzną rejestracją danych pomiarowych: - sterownik z pamięcią 25 programów, każdy obejmujący 100 sekcji do maksymalnie 500 segmentów programu - łatwy w obsłudze ekran LCD - intuicyjne menu - zintegrowany elektroniczny rejestrator wykresów - duża liczba opcji graficznej reprezentacji parametrów procesowych - zegar czasu rzeczywistego 18. Drzwi zewnętrzne zamykane na klucz. 19. Ogrzewane drzwi. 20. Szczelnie zamykane drzwi wewnętrzne ze szkła bezpiecznego. 21. Ilość półek: nie mniej niż 2 szt. wykonane z prętów ze stali nierdzewnej o nośności do 30 kg. 22. Dopuszczalne obciążenie całkowite do 100 kg. 23. Masa urządzenia pustego do 220 kg. 24. Otwór w ścianie bocznej urządzenia zamykany korkiem (do wprowadzenia zewnętrznego czujnika) o średnicy min 30 mm 25. Przygotowana do ciągłego zasilania wodą dejonizowaną pochodzącą z zewnętrznego źródła. 26. Zasilanie elektryczne: ~ 230 V, 50 Hz. 27. Złącze i kabel umożliwiające podłączenie komory do komputera. 28. Moduł GSM. 29. Interfejs Ethernet do oprogramowania zapewniającego zgodność z dobrymi praktykami laboratoryjnymi / produkcyjnymi (GLP/GMP) i wytycznymi FDA 21 CFR część 11.	
---	--

Ilość – 1 zestaw	
Warunki realizacji zamówienia: – urządzenie fabrycznie nowe, kompletne, – wymagane oznaczenie i certyfikat CE, – instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim, – termin dostawy – nie później niż 23.04.2018 roku, – wniesienie, rozpakowanie, ustawienie, podłączenie zestawu do przygotowanych przyłączy - instalacja z wykonaniem kwalifikacji instalacyjnej (IQ), operacyjnej (OQ) i wydajności (PQ) wraz z pomiarem światła oraz dokumentacją, – kwalifikacja modułu GSM, – certyfikat sprawdzenia przyrządu i protokolarne przekazanie sprzętu do eksploatacji, – należy przekazać personelowi laboratorium wszelkie informacje niezbędne do prawidłowej obsługi i działania przyrządu, – szkolenie pracowników laboratorium w zakresie obsługi przyrządu i oprogramowania - 2 dni robocze, w tym 1 dzień do 6 miesięcy od chwili uruchomienia przyrządu, – bezpłatny przegląd serwisowy w okresie obowiązywania gwarancji wraz z częściami zamiennymi w razie niezbędnej wymiany.	
Serwis po sprzedaży: wykonawca musi zapewnić pełny i regularny serwis po sprzedaży, serwis konserwacyjny w miejscu przeznaczenia, gwarantować utrzymanie i naprawę sprzętu po okresie gwarancji.	
Gwarancja: minimum 24 miesiące, obejmująca min. coroczny przegląd techniczny produktu.	

Załącznik Nr 2

.....
Nazwa i adres Wykonawcy
(pieczęć)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia / Dane techniczne oferowanego sprzętu (Znak sprawy: RCZ_1.2/6/2018) Część II zamówienia

Niniejszy załącznik stanowi jednocześnie szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Zaoferowana przez Wykonawcę komora klimatyczna do testów stabilności leków musi spełniać minimalne wymagania postawione w niniejszym załączniku w kolumnie „Minimalne wymagania Zamawiającego” oraz zostać dostarczony na warunkach określonych poniżej. Wykonawca w kolumnie „Dane techniczne oferowanej aparatury badawczej” winien odnieść się do każdego z wymagań minimalnych postawionych przez Zamawiającego w kolumnie „Minimalne wymagania Zamawiającego”. Wykonawca określa też producenta/model oferowanego urządzenia.

Część II - Komora klimatyczna do testów stabilności leków z szerokim zakresem temperatury / wilgotności.

Producent:	
Model:	
Rok produkcji:	

Minimalne wymagania Zamawiającego	Dane techniczne oferowanej aparatury badawczej
Charakterystyka: - Kompletna, fabrycznie nowa, gotowa do pracy komora klimatyczna. - Zespół odpowiedni do testów stabilności prowadzonych zgodnie z wytycznymi Q1A ICH. - Regulacja wilgotności z pojemnościowym czujnikiem wilgotności i nawilżaniem parowym. - Czujnik temperatury klasy 3.1 (DIN 12880) z optycznym i akustycznym alarmem temperaturowym. - Pojemność wnętrza komory nie mniejsza niż 240 litrów. - Wymiary zewnętrzne: – szerokość do 950 mm – wysokość do 1500 mm – głębokość do 900 mm - Komora wewnętrzna wykonana w całości ze stali nierdzewnej. - Wymiary wewnętrzne: – szerokość do 650 mm – wysokość do 800 mm – głębokość do 500 mm 4 stabilne koła jezdne, dwa z hamulcami. - Zakres temperatury od 0 °C do + 70 °C (bez uwzględnienia wilgotności).	

11. Zakres temperatury od 10 °C do + 70 °C (z uwzględnieniem wilgotności). 12. Zakres wilgotności (% wilg. wzgl.): 10 – 80. 13. Wbudowany panel sterowania z programowaniem odcinków czasowych i programowaniem w czasie rzeczywistym, z wewnętrzną rejestracją danych pomiarowych: – sterownik z pamięcią 25 programów, każdy obejmujący 100 sekcji do maksymalnie 500 segmentów programu – łatwy w obsłudze ekran LCD – intuicyjne menu – zintegrowany elektroniczny rejestrator wykresów – duża liczba opcji graficznej reprezentacji parametrów procesowych – zegar czasu rzeczywistego 14. Drzwi zewnętrzne zamykane na klucz. 15. Ogrzewane drzwi. 16. Drzwi wewnętrzne ze szkła bezpiecznego z uszczelnieniem. 17. Ilość półek: nie mniej niż 4 szt. wykonane z prętów ze stali nierdzewnej o nośności do 30 kg. 18. Dopuszczalne obciążenie całkowite do 100 kg. 19. Masa urządzenia pustego do 220 kg. 20. Otwór w ścianie bocznej urządzenia zamykany korkiem (do wprowadzenia zewnętrznego czujnika) o średnicy min 30 mm. 21. Bezpieczny zestaw przyłączeniowy do układu zasilania i odprowadzania wody: wąż do wylotu na wysokości 1 m w zestawie. 22. Przygotowana do ciągłego zasilania wodą dejonizowaną pochodzącą z zewnętrznego źródła. 23. Zasilanie elektryczne: ~ 230 V, 50 Hz. 24. Złącze i kabel umożliwiające podłączenie komory do komputera. 25. Moduł GSM. 26. Interfejs Ethernet do oprogramowania zapewniającego zgodność z dobrymi praktykami laboratoryjnymi / produkcyjnymi (GLP/GMP) i wytycznymi FDA 21 CFR część 11. 27. Oprogramowanie komunikacyjne (w języku angielskim lub polskim i angielskim) pracujące w środowisku Windows, zgodne z GMP/GLP, spełniające wymagania FDA 21 CFR część 11 umożliwiające rejestrowanie wszystkich parametrów pracy komory.	
Ilość – 1 zestaw	
Warunki realizacji zamówienia: – urządzenie fabrycznie nowe, kompletne, – wymagane oznaczenie i certyfikat CE, – instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim, – termin dostawy – nie później niż 23.04.2018 roku, – wniesienie, rozpakowanie, ustawienie, podłączenie zestawu do przygotowanych przyłączy - instalacja z wykonaniem kwalifikacji instalacyjnej (IQ), operacyjnej (OQ) i wydajności (PQ) wraz z dokumentacją,	

– kwalifikacja modułu GSM, – certyfikat sprawdzenia przyrządu i protokolarne przekazanie sprzętu do eksploatacji, – należy przekazać personelowi laboratorium wszelkie informacje niezbędne do prawidłowej obsługi i działania przyrządu, – szkolenie pracowników laboratorium w zakresie obsługi przyrządu i oprogramowania - 2 dni robocze, w tym 1 dzień do 6 miesięcy od chwili uruchomienia przyrządu, – bezpłatny przegląd serwisowy w okresie obowiązywania gwarancji wraz z częściami zamiennymi w razie niezbędnej wymiany.	
Serwis po sprzedaży: wykonawca musi zapewnić pełny i regularny serwis po sprzedaży, serwis konserwacyjny w miejscu przeznaczenia, gwarantować utrzymanie i naprawę sprzętu po okresie gwarancji.	
Gwarancja: minimum 24 miesiące, obejmująca min. coroczny przegląd techniczny produktu.	

Załącznik Nr 3

.....
Nazwa i adres Wykonawcy
(pieczęć)

**Znak sprawy:
RCZ_1.2/6/2018**

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę komór klimatycznych do testów stabilności leków w szerokim zakresie temperatury/wilgotności i oświetleniem zgodnym z ICH wraz z montażem, oświadczam(y), że nie jestem(śmy) powiązany(i) kapitałowo ani osobowo z Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
- c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
- e) pozostawaniu, przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą lub były członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
- f) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności.

.....
data

.....
*podpisy osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy*

ZAŁĄCZNIK NR 4

UMOWA

zawarta w dniu2018 r. pomiędzy:

....., z siedzibą w
ul. wpisaną do pod numerem.....
NIP:, REGON
reprezentowaną przez,
zwanym w dalszej części Umowy „**WYKONAWCĄ**”

a

Regionalnym Centrum Zdrowia sp. z o.o. z siedzibą w Zbąszyniu (64-360 Zbąszyń) przy ul. Na Kępie 3, Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000470241 NIP 788-199-54-68, REGON 302487468,
reprezentowaną przez,
zwaną w dalszej części Umowy „**ZAMAWIAJĄCYM**”,

w wyniku rozstrzygnięcia przez Zamawiającego postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego prowadzonego bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych w trybie zapytania ofertowego, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.

Przedmiotem niniejszej umowy jest:

1. Dostawa, instalacja i uruchomienie fabrycznie nowej komory klimatycznej do testów stabilności leków wraz z montażem (..... sztuk) zwanej/ymi dalej również „komorą/rami”.
2. W ramach realizacji umowy, Wykonawca zobowiązany jest do zainstalowania komory/ór oraz przeszkolenia pracowników laboratorium w zakresie obsługi przyrządu i oprogramowania. Szkolenie w zakresie obsługi komory/ór obejmuje 2 dni robocze, w tym 1 dni do 6 miesięcy od chwili uruchomienia komory/ór.
3. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu umowy zawarty jest w Załączniku Nr 1 do niniejszej umowy – stanowiącym ofertę Wykonawcy w odpowiedzi na zapytanie ofertowe opatrzone znakiem sprawy: RCZ_1.2/6/2018.

§ 2.

W ramach niniejszej umowy:

1. Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 zobowiązuje się do dostarczenia, rozładowania, wniesienia i montażu przedmiotu zamówienia.
2. Miejsce dostawy i montażu: Budynek Laboratorium Regionalnego Centrum Zdrowia w Zbąszyniu, ul. Na Kępie 3
3. Strony umowy ustalają ostateczny termin wykonania umowy na dzień 2018 roku.
4. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu zamówienia, określonego w § 1 umowy, na podstawie protokołu odbioru, z zachowaniem procedur określonych w niniejszej umowie.
5. W przypadku stwierdzenia wad przedmiotu umowy w toku odbioru, Zamawiający odmówi podpisania protokołu odbioru do czasu dostarczenia komory/ór wolnego od wad, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
6. Wykonawca przed podpisaniem protokołu odbioru dostarczy karty gwarancyjne na dostarczoną komorę/y, instrukcje obsługi oraz certyfikaty. Wzór protokołu odbioru stanowi Załącznik Nr 5 do niniejszej umowy.
7. Osobami wyznaczonymi do kontaktów z Wykonawcą i podpisywania protokołów odbioru ze strony Zamawiającego są:
Osobami wyznaczonymi do kontaktów z Zamawiającym i podpisania protokołu odbioru ze strony Wykonawcy są:

§ 3.

1. Cena należna Wykonawcy za należyte i terminowe zrealizowanie całości przedmiotu zamówienia określonego w § 1 umowy została ustalona w wyniku przedstawionej przez Wykonawcę oferty w ramach prowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania ofertowego (znak sprawy: RCZ_1.2/6/2018) na kwotę netto (słownie: złotych). Cena zostanie podwyższona o należny podatek od towarów i usług VAT.
2. Oferta jest integralną częścią umowy i stanowi załącznik nr 1
3. Zapłata ceny przedmiotu umowy nastąpi przelewem na rachunek bankowy Dostawcy prowadzony w banku, o numerze:, na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT, zawierającej określenie cech indywidualnych przedmiotu umowy oraz spełniającą niezbędne wymogi formalne obowiązujące w dniu jej wystawienia, na podstawie podpisanej przez strony niniejszej umowy.
4. Termin zapłaty faktury do 14 dni od daty odbioru przedmiotu zamówienia, zgodnie z § 7.

§ 4

1. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wady przedmiotu umowy na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.
2. Wykonawca udziela na dostarczoną i zamontowaną komorę/ry miesięcznej gwarancji, zgodnie z ofertą Wykonawcy.
3. Termin gwarancji będzie liczony od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 6.
4. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z komory/ór niezgodnie z przeznaczeniem, uszkodzenia mechaniczne wynikłe z niewłaściwego użytkowania oraz w wypadku nieprzestrzegania reguł eksploatacji określonych w instrukcji obsługi.

§ 5

1. W ramach udzielonej gwarancji na dostarczoną i zamontowaną komorę/y Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego corocznego serwisowania komory/ór oraz przeglądu technicznego w ostatnim roku udzielonej gwarancji.
2. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia działań prowadzących do naprawy, w ciągu godzin od momentu zgłoszenia wystąpienia awarii/wady przez Zamawiającego. Przez podjęcie działań prowadzących do naprawy komory/ór, Zamawiający rozumie działanie Wykonawcy pozwalające minimum na ustalenie przyczyny awarii/wady, tj. przyjazd serwisanta lub też konsultacja telefoniczna/faksowa pozwalająca na stwierdzenie przyczyny awarii/wady).
3. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego dokonania naprawy komory/ór, jednak nie później niż w terminie 6 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia wady/awarii, z zastrzeżeniem ust. 3.
4. W przypadku, gdy naprawa wymaga dostarczenia nowego, wolnego od wad elementu komory/ór lub też całego komory/ór, a Wykonawca wykaże, że dostarczenie elementu lub też całego komory/ór jest niemożliwe w terminie, o którym mowa w ust. 2, ze względów niezależnych od niego, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania naprawy lub też wymiany na nowy całego komory/ór w najbliższym możliwym terminie, jednak nie później w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia wad przez Zamawiającego.
5. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas usuwania zgłoszonych wad, usterek i niedoróbek przedmiotu umowy.
6. W przypadku odmowy wykonania lub niewłaściwego wykonania przez Wykonawcę obowiązków gwarancyjnych, Zamawiającemu będzie służyło prawo zlecenia ich realizacji podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 6

1. Zgłoszenia dotyczące wystąpienia wad, awarii mogą być przyjmowane pisemnie, telefonicznie, za pomocą faxu lub poczty elektronicznej: adres: nr tel./fax: adres email:
2. Wykonawca niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia potwierdza Zamawiającemu mailem, na adres kierownik@rcz-zbaszyn.pl fakt jego otrzymania.

§ 7

1. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu odbioru końcowego po zrealizowaniu całości przedmiotu zamówienia określonego w § 1 umowy i przeprowadzeniu szkolenia osób wskazanych przez Zamawiającego.

2. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości do odbioru przedmiotu umowy z wyprzedzeniem, co najmniej 3 dni roboczych.
3. Jeśli w trakcie czynności odbiorowych stwierdzono wady, za które odpowiada Wykonawca i które uniemożliwiają bezpieczną i zgodną z prawem eksploatację przedmiotu umowy, Zamawiający może odmówić dokonania odbioru do czasu usunięcia tych wad przez Wykonawcę.
4. Wykonawca jest zobowiązany w terminie nie późniejszym niż 7 dni roboczych usunąć wady w dostarczonej komorze/rach wskazanych przez Zamawiającego i zgłosić Zamawiającemu gotowość do przeprowadzenia audytu potwierdzającego fakt naprawy.
5. Wady nieistotne umożliwiające bezpieczną i zgodną z prawem eksploatację przedmiotu umowy nie mogą być podstawą odmowy dokonania odbioru prac.
6. Odbiór prac nastąpi poprzez podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru zgodnie z załącznikiem nr 5 do Umowy, wyszczególniającego wszystkie dostarczone elementy wyposażenia oraz wykonane usługi.

§ 8

1. Wykonawca zobowiązuje się do:
 - a. wykonania wszystkich prac będących przedmiotem niniejszej Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami i należyłą starannością,
 - b. usuwania stwierdzonych wad w okresie gwarancji,
 - c. terminowej realizacji przedmiotu umowy,
 - d. stosowania się, w trakcie wykonywania przedmiotu umowy do uzasadnionych sugestii lub żądań Zamawiającego, o ile ich spełnienie nie będzie naruszać obowiązujących przepisów, praw osób trzecich, zasad sztuki lub technologii, dodatkowych nieprzewidzianych kosztów,
 - e. niezwłocznego informowania Zamawiającego o niemożności zastosowania się do jego sugestii lub żądań, z jednoczesnym podaniem przyczyny,
2. Strony, każda w swoim zakresie, zobowiązują się do współdziałania i podejmowania odpowiednich starań w celu uniknięcia przeszkód w realizacji Umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że:
 - a. posiada stosowane atesty i certyfikaty,
 - b. przedmiot umowy będzie spełniał wymagania określone w obowiązujących dla przedmiotu umowy w odpowiednich przepisach prawa polskiego i unijnego
 - c. przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z wymogami BHP,
 - d. zapewni poprawność merytoryczną oraz najwyższą jakość wykonania przedmiotu umowy,

§ 9

1. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % wartości netto przedmiotu umowy za każdy dzień przekroczenia terminu.
2. W przypadku niedotrzymania terminów napraw gwarancyjnych, o których mowa w §5, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % wartości netto przedmiotu umowy za każdy dzień przekroczenia terminu.
3. W przypadku, gdy przedmiot umowy nie zostanie przekazany lub przedstawiony do wydania Zamawiającemu lub też gdy nie będzie posiadał właściwości umówionych w niniejszej umowie oraz załączniku nr 1 do umowy Zamawiający ma prawo od umowy odstąpić bez obowiązku zapłaty odstępnego. Oświadczenie o odstąpieniu Zamawiający ma prawo złożyć Wykonawcy najpóźniej do dnia 30.04.2018 roku.
4. Zastrzeżenie kar umownych, o których mowa w § 9 ust. 1 i 2 powyżej nie narusza prawa Zamawiającego do żądania naprawienia szkody, za którą odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w zakresie, w jakim szkoda ta przekracza wysokość kary umownej.

§ 10

1. Żadna ze stron Umowy nie będzie ponosiła odpowiedzialności wobec drugiej strony za opóźnienia lub nie wykonanie Przedmiotu Umowy z powodu siły wyższej.
2. Strona dotknięta zdarzeniem siły wyższej zobowiązana jest niezwłocznie o powyższym zawiadomić drugą stronę Umowy. Jeżeli przeszkody w realizacji Umowy trwają dłużej niż 14 dni, strony podejmą decyzję, co do celowości dalszej realizacji Umowy.

§ 11

1. Każda ze Stron niniejszej umowy zobowiązuje się nie ujawniać informacji związanych z działalnością drugiej Strony w okresie obowiązywania niniejszej umowy oraz po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu.

Klauzula poufności dotyczy także pracowników i osób współpracujących z każdą ze Stron niniejszej umowy, uczestniczących w realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

2. Ewentualne spory, jakie mogą powstać przy realizacji umowy będą rozstrzygane przez polski sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
3. Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania w zakresie przenoszącym wysokość zastrzeżonych kar umownych.
4. Każda zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Załączniki:

1. Oferta przedstawiona przez Wykonawcę w ramach postępowania o zamówienie publiczne.
2. Specyfikacja techniczna komory/ór załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego.
3. Wypełnione Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych, stanowiące załącznik nr 3.
4. Zapytanie ofertowe (znak sprawy: RCZ_1.2/6/2018).
5. Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego

Załącznik Nr 5

**Protokół odbioru przedmiotu umowy zawartej w dniu 2018 r.
sporządzony 2018 r. w Zbąszyniu**

Zakres wykonania zamówienia obejmował:

1. Dostawę i montaż fabrycznie nowej komory klimatycznej do testów stabilności leków w szerokim zakresie temperatury/wilgotności i oświetleniem zgodnym z ICH wraz z montażem, zgodnie z zawartą umową pomiędzy

Regionalnym Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

a

Odbioru dokonali w imieniu:

ZAMAWIAJĄCEGO –

WYKONAWCY –

Dokonano przeszkolenia pracowników w zakresie obsługi urządzenia/urządzeń: tak/nie*

Dostarczono karty gwarancyjne, instrukcje obsługi, certyfikaty: tak/nie*

Uwagi i wnioski osób biorących udział w odbiorze *:*

.....
.....
.....

Niniejszy protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

.....

.....

* należy skreślić niepotrzebne

**w przypadku braku uwag należy wpisać „BRAK UWAG”