

Zbąszyń, dnia 17.11.2017 r.

Znak sprawy: RCZ_1.2/2/2017

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE DO OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

Dotyczy postępowania publicznego, prowadzonego bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - w trybie zapytania ofertowego, na **dostawę mebli laboratoryjnych i urządzeń technicznych laboratorium (dygestorium) wraz z montażem.**

Zamawiający, Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o., informuje, że w dniu 15.11.2017r. wpłynęło zapytanie do wyżej wymienionego postępowania dotyczące treści ogłoszenia o zamówieniu. Treść zapytania wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieszcza poniżej.

PYTANIE 1: Czy zgodnie z opisem dla dygestorium, że ma być wykonane w całości ze stali kwasoodpornej to również szafka na zlewki z szufladą powinna być wykonana ze stali kwasoodpornej malowana farbami epoksydowymi.

ODPOWIEDŹ: *Tak*

PYTANIE 2: Prosimy o dopuszczenie szafy laminowanej na kwasy i zasady wykonanej płyty laminowanej, której wewnątrz jest wyłożone materiałem chemoodpornym typu polipropylen wraz z półkami w formie kuwet, które również są wykonane z polipropylenu o wysokiej odporności chemicznej. Pozostałe wymagania wg dokumentacji Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający zmienia pkt 3.II formularza oferty w ten sposób, że otrzymuje on następującą treść:

Wymiary: do 900 x 600-850 h=2000 mm, szafa metalowa na regulowanych nóżkach, wykonana z blachy ocynkowanej pokrytej farbami epoksydowymi metodą proszkową, której wewnątrz jest wyłożone materiałem chemoodpornym typu polipropylen wraz z półkami w formie kuwet, które również są wykonane z polipropylenu o wysokiej odporności chemicznej na ciecze jak i na opary—umożliwiająca przechowywanie kilku rodzajów substancji w jednym miejscu. Szafa powinna zawierać zawiasy chemoodporne o kącie otwarcia 270° z samodomykiem.

1 x króciec wentylacyjny z przewodem wentylacyjnym, odpornym chemicznie – podłączenie wspólne z szafkami spod dygestorium do kanału wentylacyjnego o średnicy 125 mm (system wentylacji SMAYLAB)

Min. 1 x kratka wywietrzników w każdym skrzydle drzwiowym lub otwory wentylacyjne w tylnych ścianach oraz kominiek odciągowy

10 x wysuwana półka z kuwetą z polipropylenu z blokadą zapobiegającą przypadkowemu wysunięciu, z możliwością regulacji wysokości i łatwego demontażu.

4 x skrzydło drzwiowe zamykane zamkiem